NETTOYAGE

NOM DU PRODUIT	LABORATOIRE	TYPE DE LENTILLES	COMPOSITION	MODE D'EMPLOI	N° AMM OU CE	CONDITIONNEMENT
BOSTON ADVANCE Nettoyage	BAUSCH & LOMB	LR	Sulfate d'alkyl éther	Déposer quelques gouttes de la solution et masser les lentilles environ 20 secondes. Rincer avec une solution saline.	CE 0088	Flacon de 30 ml
LIPROFIN	ALCON	LS	Sel minéral libérateur d'oxygène	Réservé aux professionnels.		Boîte de 24 sachets
LIQUINET ®	ALLERGAN	LS / LR	– Edétate de Sodium – Dérivé amphotère imidazoline	Verser quelques gouttes sur les 2 faces de la lentille et masser délicatement avec l'index dans le creux de la main pendant 15 à 20 s. Rincer abondamment.	CE 0050	Flacon de 30 ml
MIRAFLOW	CIBA Vision	LS / LR	– Alcool isopropylique – Poloxamer 407 – Miranol H_2M	Nettoyage par massage manuel avec quelques gouttes de Miraflow. Rinçage avec solution saline avant la décontamination.	338.488.6	Flacon de 25 ml
POLYCLEAN	ALCON	LS / LR	– Polyquad – Agents nettoyants Microlens	Nettoyage quotidien. Déposer une goutte de Polyclean sur la lentille, masser entre pouce et index. Rincer avec Polyrinse.	CE 0123	- Flacon de 12 ml - Flacon de 24 ml
PRAXICLINE	LCA	LS / LR	– Miranol 2 mca – Tampon borate – Sans conservateur	Nettoyage quotidien. Déposer deux gouttes de PRAXICLINE sur la lentille, masser entre pouce et index. Rincer avec PRAXIDOSE.	331.108.3	2 Flacons de 10 ml

NOM DU PRODUIT	LABORATOIRE	TYPE DE LENTILLES	COMPOSITION	MODE D'EMPLOI	N° AMM OU CE	CONDITIONNEMENT
TOTALCARE ® SOLUTION DE NETTOYAGE	ALLERGAN	LR	– Dérivé amphotère imidazoline à 5,1 % – Amide d'acide gras non ionique 2,2 % – Sulfate d'alkyl-éther anionique 0,64 %	Verser quelques gouttes sur les 2 faces de la lentille et masser délicatement dans le creux de la main pendant 15 à 20 secondes. Rincer.	CE 0050	Flacon de 30 ml
UNISOLUTION	ESSILOR	LS / LR	– Polyoxyéthylène polyoxypropylène copolymère – Mercurothiolate de sodium – EDTA	Masser les lentilles avec quelques gouttes dans le creux de la main. Rincer.	CE 0459	Flacon de 200 ml